

令和6年9月 10 日

大阪広域水道企業団

お知らせ

令和6年9月4日公告の「自動滴定ビュレットほか6点」について、仕様書の内容に誤りがあったため、下記のとおり修正しましたのでお知らせします。

記

「自動滴定ビュレットほか6点」仕様書

(5) マッフル炉

【誤】

規格・寸法	- 機器の電源は、単相 100V <u>15A</u> 以下（コンセント形状 接地極付引掛形 <u>15A</u> 125V）で使用できること。 - 幅 540mm 以下×奥行 615mm 以下×高さ 650mm の範囲内に設置できること。 - 炉内寸法は、幅 200mm 以上×奥行 250mm 以上×高さ 150mm 以上であること。
-------	---

(参考機種例) ヤマト科学株式会社 FP103

【正】

規格・寸法	- 機器の電源は、単相 100V <u>30A</u> 以下（コンセント形状 接地極付引掛形 <u>30A</u> 125V）で使用できること。 - 幅 540mm 以下×奥行 615mm 以下×高さ 650mm の範囲内に設置できること。 - 炉内寸法は、幅 200mm 以上×奥行 250mm 以上×高さ 150mm 以上であること。
-------	---

(参考機種例) ヤマト科学株式会社 FP303

以上