

質問受付日	整理 番号	タイトル	頁	条	項	号	質問内容	回答
2026/5/21	1	08要求水準書_別紙1-2 「郡家ポンプ場 配管系統 図」	2				設計図書等に関する質問 ポンプの更新にあたり、片方の吸水井しか使用しない場合が想定されます。 吸水井の連絡弁は開放した状態で更新を計画していますが、よろしいでしょうか。	吸水井の連絡弁を開放した状態で更新を計画することに問題はありません。
2026/5/21	2	08要求水準書_別紙1-4 「郡家ポンプ場 既設機器配置図 ポンプ棟ポンプ室」既設電気設備（赤色が更新対象）	4				設計図書等に関する質問 5号、8号送水管・電動吐弁の2次側より次亜塩素素注入設備へ給水する配管が有りますが、図面では記述がないので、不使用（撤去）と考えますが間違いないでしょうか。	旧5号（不使用）、8号（不使用）ポンプの流出側電動吐弁の2次側より次亜塩素素注入設備へ給水する配管は、塩素注入設備等へ給水するための配管で使用中となります。更新中及び更新後も、給水可能な状態とする必要があります。