

## ヘリウムガス

### 1 概要

本件は、水質試験用高圧ガス（ヘリウムガス）を購入するものである。

### 2 規格、数量等

種類	規格	ボンベ容量 1本あたり	数量 (ボンベ本数)	納入場所	
				水質	日野
ヘリウム	高純度 (N6)	47 リットル	6	5	1

- ・ N6 とは、純度 99.9999%以上のことである。
- ・ ゲージ圧力は 14.5MPa 以上（温度 35℃）であること。
- ・ ボンベのバルブは手回しハンドルであること。
- ・ ボンベ側の継手は W21-14 左ネジ・オスであること。変換継手を使用してもよい。

### 3 納入場所

水質：水質管理センター

〒573-0014 大阪府枚方市村野高見台 7 番 2 号 村野浄水場内

日野：河南水質管理ステーション日野検査室

〒586-0085 大阪府河内長野市日野 1376-2 日野浄水場内

### 4 その他

- ・ ボンベの延滞料金について、納入後 180 日以内は発生しないこと。