

ヘリウムガス

1 概要

本件は、水質試験用高圧ガス（ヘリウムガス）を購入するものである。

2 規格、数量等

種類	規格	容量 (1本あたり)	購入数量 (本)
ヘリウム	高純度 (N6)	47L	5

- ・ N6 とは、純度 99.9999%以上のことである。
- ・ ゲージ圧力は 14.5MPa 以上（温度 35°C）であること。
- ・ ボンベのバルブは手回しハンドルであること。
- ・ ボンベ側の継手は W21-14 左ネジ・オスであること。変換継手を使用してもよい。

3 納入場所

水質管理センター

〒573-0014 大阪府枚方市村野高見台 7 番 2 号 村野浄水場内

4 その他

- ・ ボンベの延滞料金について、納入後 180 日以内は発生しないこと。
- ・ 分析書を添付すること。