

ヘリウムガス

1 概要

本件は、水質試験用高圧ガス（ヘリウムガス）を購入するものである。

2 規格、数量等

種類	規格	容量 (1本あたり)	購入数量 (本)	(内訳)		
				水質	日野	太満池
ヘリウム	高純度 (N6)	47L	6	4	1	1

- ・ N6 とは、純度 99.9999%以上のことである。
- ・ ゲージ圧力は 14.5MPa 以上（温度 35℃）であること。
- ・ ポンベのバルブは手回しハンドルであること。
- ・ ポンベ側の継手は W21-14 左ネジ・オスであること。変換継手を使用してもよい。

3 納入場所

水質：水質管理センター

〒573-0014 大阪府枚方市村野高見台 7 番 2 号 村野浄水場内

日野：河南水質管理ステーション日野検査室

〒586-0085 大阪府河内長野市日野 1376-2 日野浄水場内

太満池：河南水質管理ステーション 太満池検査室

〒599-8124 大阪府堺市東区南野田 630-1 旧太満池浄水場内

4 その他

- ・ ポンベの延滞料金について、納入後 180 日以内は発生しないこと。