

1. 購入機器

冷蔵庫 1 台

2. 機能・性能

- ・ 4 枚扉で、庫内が全て冷蔵室であること。
- ・ 冷蔵室容積が1049 L以上あること。
- ・ 庫内温度を-5～10℃の範囲で、任意に調節が可能であること。
- ・ 外形寸法 幅 1,200mm以下、奥行き 800mm以下、高さ 1,950mm以下であること。
- ・ 凝縮器は空冷式であること。
- ・ インバーター制御機能を有すること。
- ・ 電源は単相100V 15A以下であること。
- ・ プラグの形状について、接地付平羽型15A 125Vに適合するものであること。
- ・ 指定するコンセントと冷蔵庫本体のプラグの形状が合わない場合は、受注者において、変換アダプタを用意するなどして対応すること。

3. 検査・取扱い説明

3-1. 検査

受注者は、本機器設置完了後、担当職員の立会いのもと、動作確認を行い、正常に稼働することを確認すること。

3-2. 取扱い説明

- ・ 操作及び維持管理マニュアルの日本語版を 1 部提供すること。
- ・ 受注者は、本装置の構造、操作方法及びメンテナンスについて、担当職員に対して十分な説明を行うこと。

4. その他

- ・ 納入時に、職員が指定する既存品を、同じフロアの指定場所まで移動させ、その空いたスペースに納入品を設置すること。
- ・ 納入する機器や装置には、震度7クラスの耐震試験に合格した耐震器具、耐震マットなどを用い、使用時や点検作業の支障とならないよう、適切に固定すること。
- ・ 納入後 1 年間は、無償にて、装置の修理または部品交換を行うこと。
- ・ 網棚、棚受、排水ホース等、使用にあたって必要な付属品を提供すること。
- ・ 納品に際しては、階段を使用すること。
- ・ 納品にあたっての運搬（既存品の指定場所への移動を含む）、養生、納入場所への搬入、据付及び本仕様書にかかる一切の費用を見積金額に含めること。
- ・ 納品日時は、原則、平日の午前9時から午後5時までとし、事前に担当者と十分協議し、その同意を得た上で決定すること。