

1. 購入機器

冷凍冷蔵庫 1台

2. 機能・性能

- ・ 6枚扉で、冷蔵庫が4室、冷凍庫が2室であること。
- ・ 冷凍冷蔵庫に向かって左側縦1列が冷凍庫であること。
- ・ 冷蔵室容積が1050 L以上、冷凍室容積が500L以上あること。
- ・ 冷蔵庫内温度を-5～10℃の範囲で、冷凍庫内温度を-20℃以下に調節が可能であること。
- ・ 外形寸法 幅 1,800mm程度以下、奥行き 800mm程度以下、高さ 1,905mm程度以下であること。
ただし、設置場所への搬入口高さは2m、同入口から95cm以降床面が16cm上がっている。その間、床面の段差解消にスロープを設置しているので搬入時には留意すること。冷凍冷蔵庫の上部パネルなどをはずして搬入できるのであれば、高さは1905mm以上であってもよいこととする。なお、上部パネルなどをはずす場合は、使用時に支障が出ないよう受注者の責任において行うこと。
- ・ 凝縮器は空冷式であること。
- ・ インバーター制御機能を有すること。
- ・ 電源は三相200V 10A以下であること。
- ・ プラグの形状について、接地形3極 20A 250Vに適合するものであること。
- ・ 指定するコンセントと冷蔵庫本体のプラグの形状が合わない場合は、受注者において、変換アダプタを用意するなどして対応すること。

3. 検査・取扱い説明

3-1. 検査

受注者は、本機器設置完了後、担当職員の立会いのもと、動作確認を行い、正常に稼働することを確認すること。

3-2. 取扱い説明

- ・ 操作及び維持管理マニュアルの日本語版を1部提供すること。
- ・ 受注者は、本装置の構造、操作方法及びメンテナンスについて、担当職員に対して十分な説明を行うこと。

4. その他

- ・ 納入時に、職員が指定する既存品を、同じフロアの指定場所まで移動させ、その空いたスペースに納入品を設置すること。
- ・ 納入する機器や装置には、震度7クラスの耐震試験に合格した耐震器具、耐震マットなどを用い、使用時や点検作業の支障とならないよう、適切に固定すること。
- ・ 納入後1年間は、無償にて、装置の修理または部品交換を行うこと。
- ・ 網棚、棚受、排水ホース等、使用にあたって必要な付属品を提供すること。
- ・ 納品に際しては、階段を使用すること。

- ・ 納品にあたっての運搬（既存品の指定場所への移動を含む）、養生、納入場所への搬入、据付及び本仕様書にかかる一切の費用を見積金額に含めること。
- ・ 納品日時は、原則、平日の午前9時から午後5時までとし、事前に担当者と十分協議し、その同意を得た上で決定すること。

（参考機種）大和冷機 603S2-EX

フクシマガリレイ GRD-182PMD-L