

ポータブル濁度・色度計

仕様書

1. 仕様

測定項目	濁度	色度
測定方式	透過光測定法 (660nm吸光度)	透過光測定法 (390nm吸光度)
測定範囲	濁度：0.00～20度	色度：0.00～30度
分解能	0.00～999.99/0.0～999.9切り替え	
光源	LED	
測定精度	0.2度：CV値10%以下	0.5度：CV値10%以下
附属品	収納ケース・電源ケーブル・ACアダプターほか	

2. 参考機種 日本電色工業株式会社 ポータブル濁度・色度計 WA-2

(同等品以上であること)